



SOCIEDADE BRASILEIRA DE  
CIRURGIA PLÁSTICA



FILIADA À ASSOCIAÇÃO MÉDICA  
BRASILEIRA

**Presidente:**  
**NÍVEO STEFFEN**  
**1º Vice Presidente:**  
**WILSON CINTRA JUNIOR**  
**2º Vice Presidente:**  
**FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO**  
**Secretário Geral:**  
**DÊNIS CALAZANS LOMA**  
**Secretária Adjunto:**  
**MARCELA CAETANO CAMMAROTA**  
**Tesoureiro Geral:**  
**LEANDRO DA SILVA PEREIRA**  
**Tesoureiro Adjunto:**  
**RODRIGO DE FARIA VALLE DORNELLES**

**NOTA OFICIAL**  
**SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA**  
**IMPLANTES DE SILICONE**

Em que pese o alerta de segurança emitido pela autoridade sanitária americana (F.D.A. - Food and Drug Administration), em 24/julho/2019, recomendando o recolhimento dos implantes de silicone da marca ALLERGAN do tipo BIOCELL de macrot textura, por suposta associação a um tipo de linfoma nominado BIA-ALCL - Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (Linfoma Anaplásico de Células Gigantes); a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA (SBCP), **RECOMENDA:**

**A pacientes:**

- Não há motivo evidente de alarme ou pânico;
- Não há necessidade da retirada dos implantes, se não há sintomas;
- Todas as pacientes portadoras ou não de implantes mamários devem promover periodicamente os exames rotineiros de prevenção, seguindo as mesmas orientações médicas habituais;
- É fundamental que as pacientes portadoras de implantes de silicone conheçam os dados técnicos (marca; modelo; referências de fabricação; e outros) de suas próteses;
- Embora a raríssima ocorrência estatística deste tipo de Linfoma, a SBCP permanece vigilante e ativa com investigações científicas em prol da segurança profissional e sobretudo de pacientes;
- Apenas as pacientes sintomáticas (inchaço duradouro e dor local) devem procurar assistência de seus médicos especialistas, para aprofundar os exames (exames radiológicos de imagem, e outros).

**Aos médicos:**

- Manter a vigilância, assistência de pacientes portadoras de implantes de silicone, atentando-se para os protocolos científicos de diagnóstico e tratamento dos casos de edema súbito, permanente e/ou mastalgia;
- Notificação de eventuais diagnósticos firmados de BIA-ALCL, à SBCP por meio de e-mail: [presidente@cirurgioplastica.org.br](mailto:presidente@cirurgioplastica.org.br);
- Prudência e ética em seus comunicados e informes em mídias sociais e outros;
- Está agendada para o dia 09/agosto/2019, na Associação Médica Brasileira (AMB), a segunda reunião (primeira realizada em maio/2019) com a ANVISA e Sociedades de especialidades afins, sobre este tema;
- A ação de recolhimento dos implantes ALLERGAN do tipo BIOCELL, em território nacional, foi ação espontânea do fabricante, sem imposição da autoridade sanitária brasileira (ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

**Registro ANVISA**

80143600096  
80143600100  
80143600102

**Produto**

Natrelle® Expansor Tissular  
Natrelle® Implante Mamário Texturizado  
Natrelle® Implante Mamário Duplo Lúmen

- A ALLERGAN disponibilizou canais de comunicação para maiores esclarecimentos e recomendações:  
0800 14 4077  
+55 11 99401-4039  
+55 11 2597-8653  
[domingues\\_gabriela@allergan.com](mailto:domingues_gabriela@allergan.com)

*São Paulo, 25 de julho de 2019*

**SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA**